

## CE – Declaración de conformidad

Según Directiva sobre Máquinas 2006/42/CE Anexo II 1.A

**Fabricante:** Köttermann GmbH  
Industriestraße 2  
31311 Uetze  
Germany

**Descripción del producto:** Vitrina de farmacia (APA), Serie EXPLORIS

**Tipos:** 2-441-CKO, 2-441-CLO

**Número de serie:** 2-441-019610 hasta 2-441-021600

El fabricante declara mediante el presente documento que el producto cumple con todas las disposiciones relevantes de la directiva mencionada anteriormente, así como con otras directivas y normas mencionadas más abajo, incluidas las modificaciones vigentes en el momento de la declaración.

### Se han aplicado las siguientes directivas europeas:

2014/30/EU	Compatibilidad electromagnética
2014/35/EU	Directiva baja tensión

### Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

EN ISO 12100:2010	Seguridad de máquinas –Principios generales para el diseño – Evaluación de riesgos y reducción de riesgos
DIN EN 61010-1:2010	Normas de seguridad para equipos eléctricos de medición, control, regulación y laboratorio – Parte 1: Requerimientos generales
DIN EN 61326-1:2013	Equipos eléctricos de medición, control, regulación y laboratorio – Requerimientos EMV – Parte 1: Requerimientos generales

### Se han aplicado las siguientes normas nacionales e internacionales:

DIN 12924-4:2012	Equipamiento de laboratorio – vitrinas de gases – parte 4: Vitrinas de farmacia
------------------	---

**Marcaje:** 

Responsable para documentación técnica:

Köttermann GmbH, Mike Dithmers, Industriestraße 2, 31311 Uetze, Germany



Kazim Doyuran, Gerente  
Uetze/Hänigsen, 11.04.2019